

Stockholms läns landsting
genom Karolinska Universitetssjukhuset
Upphandlingsavdelningen, NS3
171 76 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhusets köp av flödescytometer till lungforskningslaboratorium

Konkurrensverkets beslut

Konkurrensverket skriver av ärendet.

Konkurrensverket kommer inte att ytterligare utreda Karolinska Universitetssjukhusets köp av flödescytometer till Karolinska Universitetssjukhusets lungforskningslaboratorium.

Ärendet

Konkurrensverket initierade ärendet efter att ha uppmärksammat Karolinska Universitetssjukhusets meddelande om frivillig förhandsinsyn avseende köp av en flödescytometer till lungforskningslaboratoriet. I meddelandet angavs undantaget för tekniska skäl som skäl för att tilldela kontrakt utan föregående annonsering.

Konkurrensverket bad Karolinska Universitetssjukhuset att bl.a. redogöra för bakgrunden till inköpet av flödescytometern, samt varför endast den valda leverantören kunde tillgodose Karolinska Universitetssjukhusets behov.

Karolinska Universitetssjukhuset har i sitt svar redogjort för den flödescytometriteknik som används och hur flödescytometern måste vara utformad för att kunna utföra de för ändamålet avsedda cellanalyserna. Karolinska Universitetssjukhuset redogjorde vidare för den marknadsanalys som vidtogs i samband med inköpet av flödescytometern. Av redogörelsen framgår att Karolinska Universitetssjukhuset i sin marknadsanalys beaktat fem andra instrument men att inget av dessa instrument anses uppfylla behovet av att kunna genomföra en analys av 16 färger samtidigt. Möjligheten till en sådan analys är ett funktionellt grundkrav för att kunna bedriva och utveckla det aktuella arbetet. Inte heller uppfyllde de fem beaktade instrumenten kravet på möjligheten till utbyggnad med en femte laser, vilket skulle skapa en kapacitetsmässig inlåsningseffekt. Mot bakgrund av denna marknadsanalys samt med hänsyn till

Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
konkurrensverket@kkv.se

riskerna för att förlora tidigare forskningsdata vid byte till annan apparatur finns det enligt Karolinska Universitetssjukhuset endast en specifik flödescytometer som kunde uppfylla det föreliggande behovet.

Skäl för beslutet

Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om ett ärende ska utredas vidare. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger Konkurrensverket in hur allvarligt problemet eller företeelsen är, hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande samt om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan. I bedömningen vägs även in Konkurrensverkets förutsättningar att effektivt utreda och ingripa mot problemet.

Med hänsyn till de uppgifter som framkommit i utredningen och sett till den omfattande utredning som Konkurrensverket uppskattar att ärendet kommer att kräva för att utreda ärendet till den grad att det kan avgöras om en överträdelse har skett, bedömer Konkurrensverket att det inte finns tillräckliga skäl att närmare granska det aktuella köpet av flödescytometer. Detta innebär emellertid inte att Konkurrensverket har tagit ställning till om Karolinska Universitetssjukhusets köp av en flödescytometer till lungforskningslaboratoriet utan föregående annonsering har varit tillåten.

Mot bakgrund av det ovan sagda ska ärendet skrivas av.

Detta beslut har fattats av enhetschef Malin de Jounge. Föredragande har varit Therese Eriksson.

Malin de Jounge

Therese Eriksson

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats